

1. Model przyrządu: Wodomierz JS
Instrument model: Water meter JS
2. Producent wyrobu/ Manufacturer:
Apator Powogaz S.A.

Adres/Address:

ul. Klemensa Janickiego 23/25 60-542 Poznań

Kraj/ Country:

Polska

Telefon/fax: Phone/Fax number:

48 (61) 8 418 101 / 48 (61) 847 01 92

Adres e-mail/ e-mail:

sekretariat.powogaz@apator.com.

3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
4. Wodomierz mechaniczny jednostrumieniowy skrzydełkowy JS:
Vane-wheel single-jet water meter mechanical JS:
klasa temperaturowa T30 i T50/ temperature class T30 and T50
średnica nominalna/ nominal diameter

 DN50 o ciągłym strumieniu objętości: 25 m³/h, przy pozycji H; R=315, R=160

DN50 with permanent flow rate: 25 m³/h; H position R=315, R=160

 DN 65 o ciągłym strumieniu objętości: 40 m³/h, przy pozycji H; R=315, R=160

DN 65 with permanent flow rate: 40 m³/h ;H position R=315, R=160

 DN 80 o ciągłym strumieniu objętości: 63 m³/h, przy pozycji H; R=315, R=160

DN 80 with permanent flow rate: 63 m³/h ;H position R=315, R=160

 DN100 o ciągłym strumieniu objętości: 100 m³/h, przy pozycji H; R=315, R=160

DN 100 with permanent flow rate: 100 m³/h ;H position R=315, R=160

zgodny z typem opisanym w certyfikacie SK 15 - 103 MI-001 Rewizja 2

wydany 27-01-2020 ważny do 10-12-2025

according with certificate EC number SK 15 - 103 MI-001 Rev. 2
issued 27-01-2020 valid until 10-12-2025.
5. Opisany powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation.

Wymagania zasadnicze: Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych wprowadzające do prawodawstwa polskiego Dyrektywę 2014/32/UE.

Essential requirements: The regulation of the Development Minister of 2 June 2016 on requirements for measuring instruments introducing to Polish legislation Directive 2014/32 / EU.
6. Odniesienia do odpowiednich norm zharmonizowanych lub odpowiednich dokumentów normatywnych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku, do których deklarowana jest zgodność:
References to the relevant harmonised standards or normative documents used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

Normy: OIML R49-1 2006; OIML R49-2 2006; EN 14154-1:2005+A2:2011, EN 14154-2:2005+A2:2011; EN 14154-3:2005+A2:2011; WELMEC 8.11; WELMEC 11.1

Standards: OIML R49-1 2006; OIML R49-2 2006; EN 14154-1:2005+A2:2011, EN 14154-2:2005+A2:2011; EN 14154-3:2005+A2:2011; WELMEC 8.11; WELMEC 11.1

7. System jakości produkcji, kontrola wyrobów finalnych i badania wodomierzy (zał. II moduł D) zostały zatwierdzone przez Jednostkę Notyfikowaną 1781 SMU w zgodności z Dyrektywą 2014/32/UE (Nr certyfikatu.SK17-QD-SMU003 wydanie 0 wydany 27-10-2017 ważny do 26-10-2020).
The quality system for production, final product inspection and testing of the water meters (annex II module D) was approved by the Notified Body 1781 SMU in accordance with Directive 2014/32/EU
(Document number SK17-QD-SMU003 Revision 0 issued 27-10-2017 valid until 26-10-2020).
8. Informacje dodatkowe:
Additional information:

 Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
 CEO, President & Managing Director

 Z UP. PREZESA ZARZĄDU
 KIEROWNIK DZIAŁU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Paweł Stachowiak

Poznań dnia: 24.03.2020

Wydanie/edition: 5